

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	心脑血管及主动脉功能检测仪
拟采购产品金额	68 万元
采购项目所属项目名称	安阳市中医院心脑血管及主动脉功能检测仪 1 台
采购项目所属项目金额	68 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备检测结果的准确性、重复性较好，稳定性较强，可以直接测量脉搏波实际波形。国内产品无法达到相应标准及水平	
专家论证意见	
该设备所用压电晶体传感器和误差控制系统具有很高很苛刻的技术要求；国内产品尚未达到相应技术水平；且该产品不在禁止和限制产品目录内。	
专家签字： 郭旭亮	
日期：2025 年 5 月 20 日	