



采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	扫频生物测量仪
拟采购产品金额	856000.00 元
采购项目所属项目名称	安阳市中医院眼科视光中心设备（包1）：电脑验光仪（进口）1台、扫频生物测量仪（进口）1台、检眼镜、检影镜（国产）1套、焦度计（国产）1台、瞳距仪（国产）1台、数码裂隙灯显微镜（国产）1台项目
采购项目所属项目金额	1094000 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：国内同类设备无法保障整个治疗过程的精确性，无充足的数据库，不能满足医院临床治疗需求，故申请购置进口设备。	
三、专家论证意见：	
<p style="font-size: 1.2em;">扫频生物测量仪（光学生物测量仪）进口品牌具有稳定性高、数据库大、且具有专有公式法Haugis-6公式法计算准确度高。国产品牌目前尚不具备以上功能。</p> <p style="font-size: 1.2em;">该产品未列入国家禁止进口目录，不在禁止进口产品之列。建议采购进口设备。</p>	
专家签字：	
	
2025年9月2日	