

采购内容及技术参数

项目名称：耳声发射仪				
序号	名称	数量	层次	备注
1	耳声发射仪	1 台	进口或国产	
一	主要技术要求：			
1.1	探头：DPOAE 探头。			
1.2	多模块设计，DPOAE 快速 DPOAE 诊断 DPOAE 阈值。			
1.3	频率范围：1000-8000Hz。			
1.4	刺激强度：30-65Db SPL ,5dB 步进。			
▲1.5	刺激音类型：纯音 FM 调频音。			
1.6	双耳同时测试，多频同时测试。			
▲1.7	采样率≥32kHz。			
1.8	测量准确度：≤4kHz：±3dB；>4kHz：±5dB。			
1.9	可以选择测试频率，重复校准的最大次数。			
1.10	可以选择性手动复查特定频率，可以自动复查没有通过的频点。			
1.11	具有刺激声伪迹抑制功能，具有泄露检查功能。			
1.12	内置≥1000 个测试结果。			
1.13	校准容积校准的耳内校准。			
1.14	显示信息：响应水平、噪声水平和测试进度。			
▲1.15	配备工作站：电脑：CPU ≥i7, 硬盘 2 块（1 块≥1T 固态硬盘，1 块≥2T），内存≥16G，带鼠标键盘；显示器≥27 寸。墨仓式彩色喷墨打印机，高分辨率彩色打印。专用软件。			
二	售后保障、技术培训			
2.1	投标人负责设备的全程安装调试，确保设备符合国家标准及使用要求，并提供安装调试记录及验收报告。			
2.2	对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录。			
2.3	提供厂家保修承诺。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，48 小时内不能修复的设备需无偿提供备用品。			
2.4	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册。			
2.5	质保 3 年（含维修人工工时费、更换所有零配件费用及其他伴随服务产生的相关费用，人为因素除外。）			
2.6	投标人所供设备整机生产日期与交货日期相隔不得超过 6 个月。			
2.7	供货期：合同签订后 20 个工作日内。			