



专家意见表

项目名称	安阳市第六人民医院耳鼻喉科申购设备一批项目
产品名称	手术动力系统
招标人	安阳市第六人民医院

专家意见:

- 一. 删除“高温高压消毒”，按原标书技术要求执行（无标识标注）。
- 二. 马达风冷冷却，删除“无水冷却系统的复杂管路要求”，可“高温高压消毒”等描述。
- 三. 设备系统内容建议修改为“设备但不限于以下内容”。
- 四. 技术参数本系统保障、技术培训统一要求，不在产品技术要求中体现。
- 五. 主机设计使用期限修改为≥5年。
- 六. 项目符合临床需求，其余未标注其他性条款

专家人员（签字）：

李翔宇 李红兵 李静 教授

日期：2025年11月7日



专家意见表

项目名称	安阳市第六人民医院耳鼻喉科申购设备一批项目
产品名称	听力计
招标人	安阳市第六人民医院

专家意见:

- 一. 频率范围放宽, 气导125-1250Hz修改为125-8000Hz, 骨导由250-8000Hz修改为250-6000Hz.
- 二. 删除1.5项内容“1.2.5dB步进”.
- 三. 售后保障、技术培训不在技术要求中体现, 统一各产品提出要求.
- 四. 项目符合临床需求, 其余未列性能指标.

专家人员 (签字):

张磊 李博宇 李博 李红兵

日期: 2025年 11月) 日

李博宇



专家意见表

项目名称	安阳市第六人民医院耳鼻喉科申购设备一批项目
产品名称	中耳分析仪
招标人	安阳市第六人民医院

专家意见:

1. 建议删除 1.2 的“ Δ ”，“同时”内容
2. 建议 1.6 修改为“总谐波失真 (THD) $\leq 1\%$ 。”
3. 建议 1.11 修改为“具有声学提示音和测试状态灯。”
4. 售后保障, 技术培训) 建议在招标文件中统一要求, 在本次技术参数中不再单独描述。
5. 项目符合临床需求, 其余未见排他性条款。

专家人员 (签字):

李胡军 李红岩

日期: 2025 年 11 月 7 日

李胡军 李红岩



专家意见表

项目名称	安阳市第六人民医院耳鼻喉科申购设备一批项目
产品名称	耳声发射仪
招标人	安阳市第六人民医院

专家意见:

1. 建议删除 主要技术要求中. 1.1.和 1.14 项内容.
2. 建议 1.16 修改为“噪声信息. 响应水平 噪声水平和测试进度等”.
3. 售后保障. 技术培训) 内容建议在 招标文件中统一要求. 技术参数 中不再单独描述.
4. 项目符合临床要求. 其余未见排他 性条款.

专家人员 (签字):

李树军 李宏 杜琦 袁

日期: 2025 年 11 月 7 日

李宏