

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	诊断型听力计、诊断型耳声发射
拟采购产品金额	34万
采购项目所属项目名称	安阳市妇幼保健院耳鼻喉科声场隔音室、诊断型听力计、诊断型耳声发射采购项目
采购项目所属项目金额	57万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 为满足复杂病例的精准诊断，提升医院听力中心标准化建设水平，国内暂无同类设备能满足，特申请购置进口产品。	
专家论证意见 拟采购的诊断型听力计频率范围等优于国产设备，且具备软件分析功能，有助于临床精准诊断。诊断型耳声发射进口产品频响范围宽，具备噪音下言语识别听等复杂病例的诊断准确性，国内产品在特殊功能测试方面无法替代。以上产品不属于国家禁止或限制进口产品目录内产品，技术具有不可替代性，符合政府采购相关政策法规。	
专家签字：李松 日期：2025年8月21日	