

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	诊断型听力计、诊断型耳声发射
拟采购产品金额	34万
采购项目所属项目名称	安阳市妇幼保健院耳鼻喉科声场隔音室、诊断型听力计、诊断型耳声发射采购项目
采购项目所属项目金额	57万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 为满足复杂病例的精准诊断，提升医院听力中心标准化建设水平，国内暂无同类设备能满足，特申请购置进口产品。	
专家论证意见 1. 诊断型听力计：进口产品频率精度高于国产产品，更有利于临床诊断。进口设备频响误差优于国产产品。 2. 诊断型耳声发射：进口设备检测精度、灵敏度及灵敏度、抗干扰性为优于国产设备。 以上两款产品不再禁止采购进口产品目录，建设采购人根据临床需求采购进口产品。 专家签字：杨志波 日期：2025年8月21日	