

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	全自动综合验光台（进口）1台
拟采购产品金额	19.5万元
采购项目所属项目名称	眼科视光中心设备（包2）：全自动综合验光台（进口）1台、眼压计（进口）1台、视野计（进口）1台、全自动磨边机（进口）及相关配套设备1套
采购项目所属项目金额	89.08万元

二、申请理由

☐1、中国境内无法获取

☐2、无法以合理的商业条件获取

☒3、其他

原因阐述

所采购的设备无需人工操作可获取精准稳定的检查结果，国产设备在测量范围及精准稳定性方面无法达到进口产品标准，特申请采购进口产品。

三、专家论证意见

全自动综合验光设备（进口）在球镜度测量范围的精准度以及交叉柱镜自动交叉柱镜（±2.5D）±0.25D±0.5D交叉柱镜等按参标值上，国产设备均无法达到，偏振滤光镜国产，无法保证使用寿命，建议采购进口产品。符合政府采购相关政策。

专家签字：

张淑臣

2015年9月3日

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	眼压计（进口）1台
拟采购产品金额	9.8万元
采购项目所属项目名称	眼科视光中心设备（包2）：全自动综合验光台（进口）1台、眼压计（进口）1台、视野计（进口）1台、全自动磨边机（进口）及相关配套设备1套
采购项目所属项目金额	89.08万元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取 ☐ 2、无法以合理的商业条件获取 ☒ 3、其他	
原因阐述	
为满足临床实际需求，便于眼科疾病诊治，病情观察。用药情况观察及对青光眼等疾病的诊断随访有重要意义，国产设备达不到进口产品测量范围、迅速性、精确性等，为此特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
眼压计在眼科医学特殊疾病诊治、病情观察、用药治疗等方面具有精确安全快捷，国产设备无法达到测量范围和眼压测量值的准确性。根据进口产品符合相关政策，为降低运营成本建议采购进口产品。 专家签字：张 2022年9月11日	

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	视野计（进口）1台
拟采购产品金额	41.78万元
采购项目所属项目名称	眼科视光中心设备（包2）：全自动综合验光台（进口）1台、眼压计（进口）1台、视野计（进口）1台、全自动磨边机（进口）及相关配套设备1套
采购项目所属项目金额	89.08万元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取 ☐ 2、无法以合理的商业条件获取 ☒ 3、其他	
原因阐述	
视野计旨在精确的结合视网膜形态的功能进行评估，国产设备在精确定位分析方面达不到进口设备标准。为方便临床多种眼科疾病诊断，特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
视野计在眼科诊断中具有重要意义，要求对视网膜形态等精准分析，进口设备具有分析特有疾病的软件，为保证临床安全稳定的诊断，符合相关政府采购政策及进口产品禁止限制政策，建议采购进口产品。 专家签字：张致臣 2025年9月3日	

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	全自动磨边机（进口）及相关配套设备1套
拟采购产品金额	18万元
采购项目所属项目名称	眼科视光中心设备（包2）：全自动综合验光台（进口）1台、眼压计（进口）1台、视野计（进口）1台、全自动磨边机（进口）及相关配套设备1套
采购项目所属项目金额	89.08万元

二、申请理由

☐1、中国境内无法获取

☐2、无法以合理的商业条件获取

☒3、其他

原因阐述

具有精准简便，质量可靠、性能稳定、检测精准等优势，国产产品部分技术要求无法达到，为此特申请购买进口产品。

三、专家论证意见

全自动磨边机技术要求全部满足，打孔类型的多样性等，国产设备无法达到，为保证产品的性能稳定及精确可靠，满足临床实际需求，建议采购进口产品，符合政府采购相关政策。

专家签字：



2021 年 9 月 日